



**Casa de Caridade Dr. Rubens Nilo**

RUA: ALEXANDRE MOREIRA, 271 - CEP: 37.464-000 - ITANHANDU/MG  
SANTACASAITANHANDU@HOTMAIL.COM CNPJ: 21.204.276/0001-61  
FONE: 35 3361-2122

**ATA DE HOMOLOGAÇÃO**

**RESULTADO DA COTAÇÃO PRÉVIA 07/2026**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

Valor Total das Cotações: R\$ 74.334,80

Após o período estipulado para o recebimento das propostas dos interessados, foi aberta a sessão para Avaliação Técnica e Comercial dos orçamentos recebidos, onde foram obtidos os seguintes resultados:

**MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

Item Edital	Qde.	Valor unit	Valor total	Fornecedor	CNPJ do fornecedor	Marca / Modelo	Resultado da Análise Técnica
1	1	R\$ 58.949,80	R\$ 58.949,80	S ANTALMAS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	86.647.138/0001-00	SS-200E + ARGON2	CLASSIFICADA
		R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	MAGAZINE MÉDICA	06.103.122/0002-70	6204 BISTURI ELETRÔNICO BP 100 DIGITAL EMAI EMA	DESCCLASSIFICADA
		R\$ 7.985,00	R\$ 7.985,00	CLINMED RIO	12.467.446/0001-00	REF-1405- Protetor de Tireoide 0,50mmpb (Adulto)- Konex	DESCCLASSIFICADA

Após análise das cotações, ficou constatado pelo Responsável Técnico e pela Comissão de Licitação que as empresas classificadas são:



**Casa de Caridade Dr. Rubens Nilo**

RUA: ALEXANDRE MOREIRA, 271 - CEP: 37.464-000 - ITANHANDU/MG  
SANTACASAITANHANDU@HOTMAIL.COM CNPJ: 21.204.276/0001-61  
FONE: 35 3361-2122

- **BISTURÍ ELÉTRICO** – CNPJ 86.647.138/0001-00 – R\$ 58.949,80

#### **Observações da Comissão Técnica:**

##### **Item 01. Bisturi Elétrico**

1. Equipamento de menor preço ofertado pela empresa MAGAZINE MÉDICA marca EMAI modelo BP 100 no valor de R\$ 7.400,00 não atende ao descritivo.
  - Foi solicitado que o equipamento tenha potência nominal de no mínimo 200 watts. Equipamento ofertado possui potência máxima de 100 watts
  - Foi solicitado que o equipamento ofertado possua módulo integrado ou externo acoplável, de coagulador por plasma de argônio. Equipamento ofertado não possui módulo integrado e também não foi encontrado na proposta nenhuma informação que comprove a presença de módulo externo.
2. Equipamento de segundo menor preço ofertado pela empresa CLINRIO marca EMAI modelo BP 100 no valor de R\$ 7.985,00 não atende ao descritivo.
  - Foi solicitado que o equipamento tenha potência nominal de no mínimo 200 watts. Equipamento ofertado possui potência máxima de 100 watts
  - Foi solicitado que o equipamento ofertado possua módulo integrado ou externo acoplável, de coagulador por plasma de argônio. Equipamento ofertado não possui módulo integrado e também não foi encontrado na proposta nenhuma informação que comprove a presença de módulo externo.
3. Equipamento de terceiro menor preço ofertado pela empresa SANTALMAS marca WEM modelo SS200E + ARGON2 no valor de R\$ 58.949,80 atende as especificações do edital.

Itanhandu, 22 de maio de 2026.

---

**Rander Lacerda Pereira**

Casa de caridade e assistência a maternidade  
e infância de itanhandu dr. Rubens nilo